

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dodávka denzitometru
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Poliklinika Žďár nad Sázavou
IČ:48899119
se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Žádost o změnu v zadávací dokumentaci:

Dobrý den, v příloze posílám Žádost o změnu v technickém požadavku na Dodávku kostního denzitometru.

Zadavatel požaduje v Příloze č. 3 - Technická specifikace Délka přístroje max. 270 cm, šířka max. 115 cm. Můžeme nabídnout 279 (délka) x 107 (šířka). Prosím o úpravu technického parametru, který nebrání žádnému medicínskému problému řešení hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozměr měřené plochy min. 195 x 60 cm. Můžeme nabídnout 202 cm x 58 cm. Prosím o úpravu technického parametru, který nebrání žádnému medicínskému problému řešení hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Náš systém DXA PRIMUS má za rok v ČR 14. instalací. Všechny pracoviště jsou maximálně spokojeni. Naše společnost tak výrazně přispěla k rychlejšímu pokrytí DXA přístrojů v České republice a výrazné ušetření veřejných financí.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Důvodem požadavku na délku přístroje max. 270 cm je omezený prostor, který má zadavatel k dispozici. Snažíme se maximálně zajistit kompatibilitu s prostorem, do kterého má být denzitometr umístěn, a s ergonomickými požadavky na práci s přístrojem. Rozměry stolu musí co nejvíce odpovídat požadavkům na prostorovou úspornost a musí zaručit pohodlí a bezpečnost pro obsluhu přístroje. Rozdíl devíti centimetrů může být klíčový, zejména v

omezených prostorových podmínkách, kde každý centimetr rozhoduje o optimálním umístění vybavení nebo o dodržení standardů pro uspořádání zdravotnického zařízení.

Zadavatel se rozhodl neupravit technický parametr délky přístroje dle žádosti dodavatele. Zadavatel trvá na původních

Rozměr měřené plochy 202 cm x 58 cm můžeme akceptovat, Technické parametry budou upraveny

Zadavatel mění vysvětluje zadávací podmínky veřejné zakázky takto:

Upravuje se:

Příloha č.3 Výzvy zakázky dodávka denzitometru

Technická specifikace

Bod 5. Rozměr měřené plochy min. 195 x 58 cm

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 11.11.2024, do 9.00 hod.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 01.11.2024

Poliklinika Žďár nad Sázavou
Ing. et Ing. Ilona Komínková
ředitelka