

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Identifikace výběrového řízení

Název veřejné zakázky:	Pomůcky pro přesun a zvedání osob (dále jen „ veřejná zakázka “) Veřejná zakázka dělená na 3 části ve 3 samostatných výběrových řízeních
Název části veřejné zakázky:	Pomůcky pro přesun a zvedání osob (dále jen „ část 2 veřejné zakázky “)
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841

(dále jen „*Veřejná zakázka*“)

Minimální požadované parametry

Vakový zvedák s elektrickým zdvihem – 4 ks

Minimální požadavky:

1. Pro profesionální použití
2. Zvedání osob, přeprava osob ve vaku
3. Hliníkový (či z obdobného lehkého materiálu podobných vlastností mobilní zvedák s nosností minimálně 225 kg
4. Hliníková konstrukce (či konstrukce z obdobného lehkého materiálu podobných vlastností) zvedáku s celkovou hmotností včetně baterie maximálně 40 kg
5. Obsluha 1 osobou
6. Elektricky rozevíratelný podvozek
7. Maximální délka ramene podvozku zvedáku 1460 mm
8. Maximální celková výška podvozku 130 mm pro najetí pod postel
9. Maximální šířka zvedáku 750 mm při sevřených nohou podvozku
10. Elektrická polohovací kolébka se čtyřmi body uchycení
11. Volné otáčení a naklápění závěsného ramene
12. Zvedací rozsah zvedáku s elektrickou kolébkou minimálně 1150 mm
13. Dvojitá zdravotní (kolečka s kuličkovým ložiskem odolná vůči dynamickému namáhání) kolečka o průměru min. 100 mm, v zadní části s brzdou

14. Dvojité ovládání zvedáku (pomocí dálkového ručního ovladače a pomocí tlačítek na řídicím panelu)
15. Řídicí panel se servisním softwarem (obsahuje minimálně bezpečnostně technické kontroly, signalizace stavu baterie)
16. Zdroj energie: AKU baterie a připojení do sítě
17. Baterie a externí nabíječka součástí balení
18. Vaky s plastovými klipy s podmínkou jejich praní na teplotu min. 85 °C z důvodu desinfekce
 - 18.1. 1 ks závěs koupelový s oporou hlavy a zad z rychleschnoucí tkaniny velikosti S
 - 18.2. 1 ks závěs koupelový s oporou hlavy a zad z rychleschnoucí tkaniny velikosti M
19. Možnost pozdějšího dokoupení příslušenství 6 bodové hrazdičky, závěsného lehátka
20. Možnost pozdějšího dokoupení digitální váhy, která nesníží výšku zdvihu
21. Možnost pozdějšího dokoupení a výměny elektrické polohovací kolébky za 6 bodovou nebo závěsného lehátka, a to bez použití náradí