

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pomůcky pro přesun a zvedání osob, část 2 - vakový zvedák s elektrickým zdvihem
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k veřejné zakázce v následujícím znění

Dotaz dodavatele

„Dobrý den, žádáme o dodatečné informace k poskytnuté příloze č. 3 Technická specifikace, jelikož zadavatel zkopíroval technický popis konkrétního výrobku, bez možnosti tolerance.

Bod č.3 nosnost min. 225 kg - bude zadavatel akceptovat nosnost 205 kg?

Bod č.8 max. výška podvozku 120 mm - bude zadavatel akceptovat výšku podvozku 125 mm?
Norma světlé výšky pro pečovatelská lůžka činí 150 mm.

Bod č.15 Řídicí panel s displejem - bude zadavatel akceptovat panel bez displeje s požadovanými funkcemi ukazatele stavu baterie a upozornění na provedení BTK?“

Odpověď dodavatele

Zadavatel v technické specifikaci (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek) stanovuje u některých parametrů maximální či minimální požadované hodnoty, podle svých potřeb, čímž připouští i jiné hodnoty daného parametru splňující stanovené minimum či maximum dle konkrétního parametru.

K dotazu na bod č. 3 technické specifikace zadavatel odpovídá: Zadavatel trvá na stanovené minimální nosnosti 225 kg. Důvodem tohoto požadavku je využitelnost zvedáku i pro pacienty s vysokou nadváhou.

K dotazu na bod č. 8 technické specifikace zadavatel odpovídá: Zadavatel přehodnotil původní parametr a nově stanovuje maximální výšku podvozku 13,0 cm. V souvislosti s touto změnou upravuje zadavatel přílohu č. 3 Technická specifikace předmětu zakázky, kde je nově uveden parametr s hodnotou uvedenou výše v odpovědi.

K dotazu na bod č. 15 technické specifikace zadavatel odpovídá: Zadavatel přehodnotil původní parametr a nově netrvá na panelu s displejem, tedy je možné nabídnout i zvedák bez displeje řídicího panelu. Panel však musí mít minimální požadované funkce - ukazatel stavu baterie a upozornění na BTK. V souvislosti s touto změnou upravuje zadavatel přílohu č. 3 Technická

specifikace předmětu zakázky, kde je nově uvedena specifikace řídicího panelu, jak je uvedeno výše v odpovědi.

Změna zadávacích podmínek

Dle výše uvedeného upravuje zadavatel Přílohu č. 3 Technická specifikace předmětu zakázky a analogicky i Přílohu č. 4 Prokázání splnění technické specifikace předmětu zakázky Výzvy k podání nabídek.

Upravené přílohy Výzvy Příloha č. 3 Technická specifikace předmětu zakázky ke dni 15.01.2025 a Příloha č. 4 Prokázání splnění technické specifikace předmětu zakázky ke dni 15.01.2025 jsou přílohou tohoto vysvětlení a jsou zveřejněny v zadávací dokumentaci v elektronickém nástroji.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace a v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a změnami zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně: 30.01.2025, do 10:00 hod.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.01.2025

Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru
strategického rozvoje a investic