

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

### Identifikace výběrového řízení

Název veřejné zakázky:	<b>Pomůcky pro přesun a zvedání osob, část 3 - elektrický toaletní zvedák s diagonálním zdvihem</b>
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841

*(dále jen „Veřejná zakázka“)*

### Minimální požadované parametry

#### **Elektrický toaletní zvedák s diagonálním zdvihem - 2 ks**

Minimální požadavky:

1. pro profesionální použití
2. kopíruje pohyb uživatele při vstávání a sedání na toaletu
3. mobilní
4. nosnost min. 180 kg
5. nosnost 1 madla min. 90 kg
6. max. šířka zvedáku (vč. opěrek) 69 cm
7. min. šířka mezi madly: 50 cm
8. min. výška toaletního sedátka 43 cm
9. zdroj energie: AKU baterie a připojení do sítě
10. baterie a nabíječka součástí balení
11. ovládací tlačítka zabudována v madle na pravé ruce
12. obsluha ovládacích tlačítek rukou uživatelem s omezenou hybností
13. možnost dálkového ovládní pro dopomocnou osobu
14. sanitární nádoba součástí
15. adaptéry pro nastavení min. 3 různých výšek toaletního sedátka